

Gerätebuch

Das Gerätebuch ist vom Betreiber auszufüllen.

Hersteller:
Importeur/Inverkehrbringer:
Typ/Modell:
Baujahr: Serien-
Nr.:

Optisch wirksame Bauteile des UV-Bestrahlungsgerätes

UV-Lampen:
UV-Lampen:
UV-Lampen:
UV-Lampen:
Filter:
Reflektoren:
Vorschaltgeräte:
Transparente Auflagefläche:

Kürzester zulässiger Bestrahlungsabstand: ☐ cm ☐ durch die Bauart des
UV-Bestrahlungsgerätes vorgegeben

Erythemwirksame Bestrahlungsstärke beim kürzesten zulässigen Bestrahlungsabstand:

..... Wm⁻² (max. 0,3 Wm⁻²)

(Angabe des Messverfahrens:)

Höchstbestrahlungsdauer beim kürzesten zulässigen Bestrahlungsabstand: Erythemwirksame Bestrahlung in Jm⁻²
Höchstbestrahlungsdauer in Minuten

Erste Bestrahlung ungebräunter Haut 100
Bestrahlungsstufe im Dosierungsplan 150
Bestrahlungsstufe im Dosierungsplan 200
Bestrahlungsstufe im Dosierungsplan 250
Bestrahlungsstufe im Dosierungsplan 300
Bestrahlungsstufe im Dosierungsplan 350
Bestrahlungsstufe im Dosierungsplan 400
Bestrahlungsstufe im Dosierungsplan 450
Bestrahlungsstufe im Dosierungsplan 500
Bestrahlungsstufe im Dosierungsplan 550
Bestrahlungsstufe im Dosierungsplan 600
Zwangsabschaltung 800

Notabschaltung nach § 3 Absatz 2 Nummer 3 UVSV ist vorhanden ☐ ja ☐ nein

Geräteaufschriften nach § 7 Absatz 2 UVSV sind vorhanden ☐ ja ☐ nein

Zeitschaltuhr oder Steuerungsgerät

Hersteller:
Typ/Modell:
Maximale Abschaltzeit der Zeitschaltuhr:
Kleinste einstellbare Zeitabstufung:

Wartungsintervall

Alle Betriebsstunden oder mindestens alle Jahre wird das
Gerät gewartet.

Lampenwechsel: Alle Betriebsstunden werden die Lampen ausgewechselt.

Für die Richtigkeit der vorstehenden Angaben

Ort: Datum:

Unterschrift und Firmenstempel des Betreibers: